

KN95 Face Mask (non-medical)

หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่น PM2.5 KN95

รายละเอียดทั่วไป


- เป็นหน้ากากชนิด KN95 ขึ้นรูปคล้องหู แบบพับได้
- ประสิทธิภาพการกรองละอองขนาด 0.3 ไมครอน กรองได้ถึง 95% สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้
- สามารถดักกรองฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก, ละออง ฝอยสารเคมี และเชื้อโรคได้ดี
- หน้ากากถ่ายเทดี หายใจสะดวก
- หน้ากาก 5 ชั้น ใช้วัสดุที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามมาตรฐาน GB2626-2006
- สายรัดชนิดแบน คล้องหู สวมใส่สบายไม่อึดอัด
- มีโครงลวดพลาสติกบริเวณจมูก เพื่อช่วยให้จัดทรงหน้ากาก กระชับกับใบหน้าได้
- หน้ากากทรงแบบ 3D สวมใส่สบายกระชับ พับแบนได้
- ผลิตจากพลาสติกในซองพลาสติกแยกรายชิ้น
- 1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น



Feature



1. หน้ากาก KN95 กรองฝุ่น 0.3 ไมครอน 95%



2. แผ่นกรอง 5 ชั้น ป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละอองได้ดี



3. ปลอดภัยได้มาตรฐาน GB2626-2006



4. หน้ากากทรงแบบ 3D สวมใส่สบายกระชับตามมาตรฐาน

Test Report



广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告
TEST REPORT

样品编号 Sample No.	委托单号 Order No.	报告编号 Report No.
GD2005010001	202005010001	202005010001
产品名称 Product Name	生产厂家 Manufacturer	检测日期 Test Date
KN95 防护口罩	东莞市保伦防护用品有限公司 Dongguan Bailun Labor Protection Products Co., Ltd.	2020.05.17
委托单位 Client	检测项目 Test Items	检测地点 Test Location
东莞市保伦防护用品有限公司 Dongguan Bailun Labor Protection Products Co., Ltd.	KN95 防护口罩 KN95 Protective Mask	东莞市保伦防护用品有限公司 Dongguan Bailun Labor Protection Products Co., Ltd.
检测依据 Test Standard	检测结果 Test Results	检测结论 Test Conclusion
GB 2626-2006	符合 GB 2626-2006 标准要求 Complies with GB 2626-2006 requirements	合格 Pass

检测报告
TEST REPORT

序号 No.	检测项目 Test Item	标准要求 Requirement	检测结果 Test Result	判定 Conclusion
1	颗粒物过滤效率 Particulate Matter Filtration Efficiency	≥95%	95.2%	合格 Pass
2	呼吸阻力 Breathing Resistance	≤120 Pa	115 Pa	合格 Pass
3	吸气流量 Inhalation Flow	≥60 L/min	65 L/min	合格 Pass

检测报告
TEST REPORT

序号 No.	检测项目 Test Item	标准要求 Requirement	检测结果 Test Result	判定 Conclusion
4	细菌过滤效率 Bacterial Filtration Efficiency	≥95%	95.5%	合格 Pass
5	阻燃性能 Flame Retardance	符合 GB 2626-2006 要求 Complies with GB 2626-2006 requirements	符合 Complies	合格 Pass
6	物理性能 Physical Properties	符合 GB 2626-2006 要求 Complies with GB 2626-2006 requirements	符合 Complies	合格 Pass

WEDA Test Report
Report No. W201000018 Date: May 15, 2020 Page 1 of 7

Applicant: Dongguan Bailun Labor Protection Products Co., Ltd.
Address: 2nd Floor, No. 5, Lane 2, Fuzhou North Road, Dalian Village, Huihe Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Manufacturer: Dongguan Bailun Labor Protection Products Co., Ltd.
Address: 2nd Floor, No. 5, Lane 2, Fuzhou North Road, Dalian Village, Huihe Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Product Name: KN95 Protective Mask
Sample Model: DC-2
Sample received date: May 08, 2020
Testing period: From May 08, 2020 to May 15, 2020

RESULT SUMMARY
Checked test as requested by client. In 148 Requirements, testing meeting. GB 14892-2006 KN95 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking. Result: PASS

Approved by: [Signature]
Wrote by: [Signature]

GUANGDONG WEDA TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 3, Guangming Industrial Zone, Huihe Town, Dongguan, China

检测依据
Testing reference

GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB 2626-2006 Respiratory protective equipment. Non-powered air-purifying particle respirator

ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน GB2626-2006



BJ BROTHERS

salecenter@bjbrothers.com

02-4511824 - 6

www.bjbrothers.com

@bjbrothers.com

